




DentiLab S.A. De C.V.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

Dispositivo Intrauterino: Su uso es en ginecología y planificación familiar, es un dispositivo de uso médico cuya función es ser un anticonceptivo de carácter temporal. Su descripción técnica es dispositivo intrauterino T de cobre, 380A. Anticonceptivo estéril con 380 mm², de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. El mecanismo de acción de los DIUs es que el Cobre libera iones a las secreciones endometriales lo cual disminuye el movimiento de los espermatozoides y por consecuencia afecta en forma importante la capacidad de fecundación y transporte del mismo a través del tracto reproductor femenino, impide el transporte del óvulo, y provoca cambios en el endometrio. Son altamente efectivos, de 0.6 a 0.8 embarazos por cada 100 mujeres durante el 1er año de uso.



Esta compuesto de material de plástico en forma de T, forma que permite adaptarse a la anatomía de la cavidad uterina así como soportar el ensamble de 2 anillos de Cobre y alambre de Cobre.

Cuerpo de T con Sulfato de bario que proporciona radiopacidad, para facilitar su localización mediante el uso de Rx. El Cobre es de una pureza del 99.99%. El Área total de cobre de 380 ± 23 mm². La pureza y el área total del Cobre, garantizan alta efectividad y seguridad hasta por 8 años de uso continuo.

Fabricado con materiales grado médico lo que garantiza inocuidad, es decir, que no ocasiona reacciones con los líquidos, ni con los fluidos o tejidos corporales de la paciente. Monofilamento largo que ayuda en la localización *in situ*, así como en su remoción.

Estéril mediante el uso de Rayos Gamma, cuya ventaja es que está libre totalmente de gérmenes y por lo tanto está listo para usarse. Su empaque, garantiza la esterilidad del producto por un periodo de 5 años.

El dispositivo Intrauterino T de Cobre 380A es fabricado con apego a la FEUM vigente, Suplemento para Dispositivos Médicos correspondiente a Dispositivo Intrauterino T de Cobre Modelo 380 A e ISO 7439 "Dispositivos Anticonceptivos Intrauterinos".



DentiLab S.A. De C.V.

Características:

El Dispositivo Intrauterino T de Cobre 380 A está empacado individualmente mediante un blister que consiste en una película unida herméticamente al papel que garantiza su esterilidad.

- T de plástico grado medico con sulfato de bario.
- Cobre con pureza del 99%.
- Con 380 mm², de cobre.

Marca	Clave	Descripción	Presentación
DL	DIUP	Dispositivo Intrauterino (T de Cobre)	Caja con 50 piezas
DL	060.308.0029	Dispositivo Intrauterino (T de Cobre)	Caja con 50 piezas

Embolo y T de Cobre con Filamentos



Tubo Insertor

